

关于符合本国产品标准的声明函

本公司 梧州市厚和益医疗器械有限公司 郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司 梧州市厚和益医疗器械有限公司 提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. YP-90AC 婴儿培养箱（产品名称）：生产厂为 宁波戴维医疗器械股份有限公司（厂名），厂址为 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号（生产厂址）。
YP-90AC 婴儿培养箱（产品名称） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。
婴儿培养箱（产品名称） 的 （关键组件） 在中国境内生产。YP-90AC 婴儿培养箱（产品名称） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：梧州市厚和益医疗器械有限公司

日期：2026 年 10 月 20 日



注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加梧州市红十字会医院（单位名称）的婴儿培养箱采购（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 婴儿培养箱，属于 工业 行业；制造商为宁波戴维医疗器械股份有限公司，从业人员 654 人，营业收入为 39349 万元，资产总额为 123193 万元，属于中型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：梧州市厚和益医疗器械有限公司

日期：2026年10月20日



货物配置清单

项目编号：NNPZWZ-2026-J1015

项目名称：婴儿培养箱采购

所竞分标：无

序号	标的的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	婴儿培养箱	5 台	戴维	YP-90AC	宁波戴维医疗器械股份有限公司	中国	见附件

法定代表人或者授权委托代理人（签字）：叶丹
供应商（盖公章）：梧州市厚和益医疗器械有限公司
日期：2026 年 10 月 20 日



附件:

戴维 YP-90AC 婴儿培养箱技术参数

基本配置: 主机(包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘、称重装置), 皮肤温度传感器, 机柜, 上黄疸治疗装置(光源为 LED), 下黄疸治疗装置(光源为 LED)。

主要技术参数:

- 1) 工作电源: AC220V/50Hz
- 2) 整机消耗功率: $\leq 1000\text{VA}$
- 3) 控制方式: 箱温和肤温两种温度控制
- 4) 箱温控制范围: $25^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$
- 5) 肤温控制范围: $34^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$
- 6) 温度显示范围: $5^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
- 7) 箱温超温报警: $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$
- 8) 皮肤温度传感器精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 9) 培养箱温度与平均培养箱温度之差: $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$
- 10) 平均培养箱温度与控制温度之差: $\leq 1.0^{\circ}\text{C}$
- 11) 床面温度均匀性: $\leq 0.8^{\circ}\text{C}$
- 12) 婴儿舱内噪声: $\leq 45\text{dB (A)}$ (稳定温度状态下)
- 13) 湿度显示范围: $0\%\text{RH} \sim 99\%\text{RH}$
- 14) 湿度控制范围: $20\%\text{RH} \sim 95\%\text{RH}$
- 15) 报警功能: 具备声光报警, 具备断电、偏差、温度传感器故障、超温、系统故障等报警功能
- 16) 独立的超温保护系统
- 17) 报警系统标准: 符合 YY 0709-2009
- 18) 时间显示精度: $\leq \pm 1$ 分钟/小时
- 19) 配置上下黄疸治疗装置
- 20) 上蓝光灯珠数量: 445 颗
- 21) 上蓝光装置可放置小型设备
- 22) 具有六个操作窗
- 23) 水箱容量: $\geq 1600\text{ml}$, 可单独取出, 高温高压消毒
- 24) 具有两个储物柜及 360° 防撞护栏
- 25) 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示
- 26) 整机注册证明
- 27) 设备使用年限: 10 年



产品简介:

- 28) 具有箱温和肤温两种温度控制模式;
- 29) 具有湿度显示功能和湿度控制功能;
- 30) 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示;
- 31) 独立的超温保护系统;
- 32) 独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警;
- 33) 具备婴儿床倾斜功能, 婴儿床倾斜角度无级可调功能;
- 34) 产品具有自检功能, 多种故障报警提示;
- 35) 水箱采用 PES 塑料制作, 整体水箱可间接采用“高温高压”法消毒;
- 36) 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差, 确保新鲜空气始终保持吸入;
- 37) 整体储热铝水槽, 能大幅降低温度波动;
- 38) 前面板具有温度校正功能;
- 39) 具有肤温传感器脱落报警提示功能;
- 40) 具有数据储存功能;
- 41) 具有正门独立锁定装置;
- 42) 可通过串口接口传输数据;
- 43) 采用低噪音的无刷直流电机。



最终报价表

项目名称：婴儿培养箱采购

项目编号：NNPZWZ-2026-J1015

项号	标的的名称	数量及单位 ①	单价（元） ②	竞标报价总价（元） ③=①×②
1	婴儿培养箱采购	5 套	49000	245000
总报价（元）		大写： 贰拾肆万伍仟元整 小写：¥ 245000 元		
谈判内容： 无				

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商名称： 揭州市厚和益医疗器械有限公司。
法定代表人或其委托代理人（签字）： 叶丹
日期： 2026.10.20

谈判小组（签字）确认：

陈永强 . 李翔 郑剑

