

9. 供应商认为需要提供的其他有关资料

9.1 中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加梧州市红十字会医院的超声雾化低频近红外线治疗仪采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 超声雾化低频近红外线治疗仪，属于工业行业；制造商为武汉立标医疗电子有限公司，从业人员32人，营业收入为789.82万元，资产总额为925.49万元，属于微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：武汉立标医疗电子有限公司

日期：2026年10月19日



注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



6. 货物配置清单

货物配置清单

项目编号: NNPZWZ-2026-J1018

项目名称: 超声雾化低频近红外线治疗仪

所竞分标: 无

序号	标的的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	超声雾化低频近红外线治疗仪	1 台	立标	LB-9000B	武汉立标医疗电子有限公司	中国	1 总体性能要求 1.1 适用于糖尿病并发症引起的神经、血管、疼痛的治疗。 2 技术参数 2.1 液晶触摸显示屏≥ 15 英寸, 中文操作界面。 ▲2.2 具备包括但不限于光、电刺激、雾化组合治疗模式。 2.3 电刺激治疗模式 2.3.1 输出方式: 连续输出。 2.3.2 输出脉冲频率: 在 340Hz-10KMHz 范围内, 误差在$\pm 10\%$范围内。 2.3.3 输出波形: 脉冲波。 2.4 光治疗模式 2.4.1 光输出功率: 光输出功率在 0.16W-50W$\pm 20\%$范围内。 2.4.2 光输出波长: 在 630nm-2500nm 范围内。 2.5 雾化治疗模式 2.5.1 药物雾化率调节范围: $\geq 2.5\text{mL/min}$。 2.5.2 雾化方式: 超声或熏蒸雾化方式。 2.6 治疗时间设置: 1-99min 可调, 步长 1min; 定时时间结束时可声音提示。 2.7 有治疗温度指示功能, 治疗温度在 $45\pm 2^{\circ}\text{C}$ 范围内。 2.8 质保期≥ 1 年。 ▲3 配置要求 (包括但不限于) 3.1 治疗主机 1 台



							3.2 电刺激导联线 3 根 3.3 光治疗片 4 组 3.4 雾化配件 6 个 3.5 理疗电极片 50 片 3.6 治疗药罩 1 套 3.7 导药管 2 根 3.8 药罩固定带 2 套
--	--	--	--	--	--	--	--

备注:

以上性能配置清单中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者授权委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：南宁市蓝讯宏商贸有限公司

日期：2026 年 10 月 20 日



最终报价表

项目名称：超声雾化低频近红外线治疗仪

项目编号：NNPZWZ-2026-J1018

项号	标的的名称	数量及单位 ①	单价(元) ②	竞标报价总价(元) ③=①×②
1	超声雾化低频 近红外线治疗 仪	1 台	287700.00	287700.00
总报价(元)		大写: 贰拾捌万柒仟柒佰元整 小写: ¥ 287700.00		
谈判内容: 无				

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商名称：南宁市蓝讯宏商贸有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）：李进健
日期：2026.10.21

谈判小组（签字）确认：陈阳雄 廖重 陆毅

